

**Divulgação de Intenção de Carona – Pregão Eletrônico nº 014/2015 – Ata de Registro de Preços nº 153/2015 – Prefeitura da Cidade do Recife**

A Universidade do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças divulga a intenção de aderir como "carona" a Ata de Registro de Preços da Prefeitura da Cidade do Recife nº 153/2015 - Pregão Eletrônico Nº. 014/2015, com o fim de adquirir, nos termos, condições e especificações contidas na ata supracitada o item abaixo relacionado, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de junho de 1993 e do Decreto Estadual nº 46.311 de 16 de setembro de 2013 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços disciplinado no Art. 15 da lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e da outras providências e demais legislações pertinentes ao assunto.

**Órgão Gestor:** Prefeitura da Cidade do Recife

**Representante do órgão gestor:** Jailson de Barros Correia

**Endereço:** Rua Cais do Apolo,925 – Recife/PE – CEP:50.060-903

**Telefone:** (81) 3355-8000

**Empresa vencedora:** Ibi Life Medical LTDA - ME

**Endereço:** Rua Dezenove de Dezembro,1162 – Térreo – Ibiporã/PR

**Telefone:** (43)3158-2565

**Órgão interessado:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Nome do representante do órgão:** Patrícia João Hallak

**Descrição do item com intenção de adesão e quantidade:**

Lote	Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor total
02	01	<b>FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE LED</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Foco cirúrgico móvel, com geração luminosa através de LED de luz branca, conduzindo luz ao campo cirúrgico por sistema de balanceamento e direcionamento do campo cirúrgico.</li><li>• Deve possuir conjunto de LED's que evite a incidência de sombras na região de focalização;</li><li>• Deve ser composto de uma cúpula.</li><li>• Refletor protegido por lente de acrílico para a cúpula.</li><li>• Os braços principais, os braços asculantes e as fixações da cúpula devem permitir movimentação vertical e horizontal;</li><li>• Conjunto com superfície lisa para fácil limpeza e desinfecção;</li><li>• Deve rotacionar horizontalmente 360º em torno dos próprios eixos, sem limitação (rotação infinita);</li><li>• Deve possuir movimentos de elevação e rebaixamento na vertical e do giro da cúpula em torno do seu eixo vertical e até 180º;</li></ul>	01	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A cúpula deve possuir acabamento externo fabricado com materiais não oxidante de alta resistência;</li> <li>• A cúpula deve ser selada e ter painel de regulagem de intensidade localizado no braço da cúpula ou na própria cúpula;</li> <li>• Com ajuste de campo luminoso;</li> <li>• Botão liga e desliga;</li> <li>• Manopla deve ser confeccionada em material plástico, removível, esterilizável e deve permitir a movimentação das cúpulas em todas as direções pelo próprio usuário, sem risco de contaminação;</li> <li>• Deve possuir intensidade luminosa de no mínimo 100.000 LUX;</li> <li>• Diâmetro de campo luminoso entre 150 a 200 mm;</li> <li>• Profundidade de iluminação mínima de 80cm.</li> <li>• A lâmpada deve possuir vida útil de, no mínimo, 30000 horas e ser de fácil acesso para eventuais manutenções;</li> <li>• A luz deverá ser fornecida com temperatura de cor entre 3800 a 5600K, a 1 metro;</li> <li>• Deve possuir índice de rendimento de cor de, no mínimo, 95%;</li> <li>• Com sistema de segurança que monitora o funcionamento dos LEDs indica necessidade de substituição.</li> <li>• Alimentação 220V – 60Hz;</li> <li>• Sistema de emergência, com bateria recarregável, com carregador automático de bateria através da rede elétrica, possibilitando o uso do foco em carga máxima por no mínimo 2 horas em caso de falta de energia elétrica;</li> </ul> <p><b>2. Acompanha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 (três) manoplas esterilizáveis, originais e compatíveis com o equipamento;</li> <li>• Manual de operação e manutenção atualizado, em português;</li> <li>• Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;</li> </ul> <p><b>3. É exigido:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalação e treinamento operacional;</li> <li>• Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;</li> <li>• Estar em conformidade com ABNT NBR IEC 60.601-1, NBR IEC 60.601-2 e NBR IEC 60.601-2-41 com data de vigência;</li> <li>• Registro no Ministério da Saúde/ Isenção do mesmo;</li> </ul>			
<b>Total</b>				<b>R\$ 17.300,00</b>

Esclarecemos que o item registrado na referida Ata de Registro de Preços, atende às necessidades da Universidade do Estado de Minas Gerais, conforme levantamento de necessidades.

Atenciosamente,



**Patrícia João Hallak**

**Gerente de compras**

**Divulgação de Intenção de Carona – Pregão Eletrônico nº 014/2015 – Ata de Registro de Preços nº 154/2015 – Prefeitura da Cidade do Recife**

A Universidade do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças divulga a intenção de aderir como “carona” a Ata de Registro de Preços da Prefeitura da Cidade do Recife nº 154/2015 - Pregão Eletrônico Nº. 014/2015, com o fim de adquirir, nos termos, condições e especificações contidas na ata supracitada o item abaixo relacionado, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de junho de 1993 e do Decreto Estadual nº 46.311 de 16 de setembro de 2013 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços disciplinado no Art. 15 da lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e das outras providências e demais legislações pertinentes ao assunto.

**Órgão Gestor:** Prefeitura da Cidade do Recife

**Representante do órgão gestor:** Jailson de Barros Correia

**Endereço:** Rua Cais do Apolo,925 – Recife/PE – CEP:50.060-903

**Telefone:** (81) 3355-8000

**Empresa vencedora:** Barrfab Indústria e Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares LTDA

**Endereço:** Avenida Mário Ely, 271 – Cinquentário – Farroupilhas/RS

**Telefone:** (54) 2628-8806

**Órgão interessado:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Nome do representante do órgão:** Patrícia João Hallak


**Descrição do item com intenção de adesão e quantidade:**

Lote	Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor total
03	01	<p><b>Mesa Cirúrgica Mecânica</b></p> <p>Base em formato de T construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com chapa de aço e revestimento em ABS ou material de qualidade superior. Movimentação do conjunto através de rodízios. Sistema de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal para fixação da mesa</p>	01	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

	<p>cirúrgica.</p> <p>Sapatos de apoio de borracha para garantir maior fixação do conjunto ao piso.</p> <p>Coluna de elevação confeccionada em aço com sistema hidráulico de elevação acionado através de pedal.</p> <p>Revestimento da coluna em chapa de aço.</p> <p>Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável (níquel cromo), articulável e dividido em no mínimo até 05 (cinco) seções (cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas).</p> <p>Réguas laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios.</p> <p>Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, fabricado em acrílico, fibra de carbono ou material de qualidade superior, dividido em 05 (cinco) seções:</p>				
				<b>Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

Esclarecemos que o item registrado na referida Ata de Registro de Preços, atende às necessidades da Universidade do Estado de Minas Gerais, conforme levantamento de necessidades.

Atenciosamente,

  
Patrícia João Hallak  
Gerente de compras