



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**FHEMIG – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**FHEMIG/DPGF/GPGS - Gerência de Planejamento e Gestão de Suprimentos**

**MINUTA – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**SUMÁRIO**

1. DO OBJETO
2. DA FUNDAMENTAÇÃO
3. DOS REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
4. DAS AMOSTRAS

**1. DO OBJETO**

1.1. Este Termo de Referência tem por objetivo a especificação do objeto da presente pré-qualificação de marcas e modelos de MMH - CURATIVOS, nos termos da tabela abaixo e conforme especificações e requisitos técnicos qualidade estabelecidos neste documento:

LOTE	ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	GRUPO
1	1	1949616	BANDAGEM - IDENTIFICAÇÃO: BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA; MATERIA-PRIMA: ALGODÃO E RAYON; ADESIVO: BORRACHA PERMEÁVEL; MEDIDA: DIMENSÃO (L X C): 7,5 CM X 4,5 M	BANDAGEM RECOBERTA POR ADESIVO EM UMA DAS FACES, O ADESIVO MANTÉM A BANDAGEM FIRME DURANTE TODO O TRATAMENTO. POSSUI UMA LINHA GUIA AMARELA NO CENTRO QUE PERMITE A SOBREPOSIÇÃO ADEQUADA DA BANDAGEM DURANTE A APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1 – Unidade	Código do item antigo: 8524	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA

2	1	1949632	BANDAGEM - IDENTIFICACAO: BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE; MATERIA-PRIMA: BORRACHA SINTETICA, POLIURETANO, ISENTO DE LATEX; MEDIDA: (L X C): 2,5 CM X 4,5 M (ESTICADA)	MANTEM A BANDAGEM FIRME, ADERE SOBRE SI MESMA E NAO ADERE NA PELE, SEM ADESIVO, NAO ESCORREGA, BOA POROSIDADE, FLEXIVEL, RASGAVEL COM A MAO, ADAPTAVEL AOS CONTORNOS CORPORAIS. INDICADO PARA PROMOVER APOIO E COMPRESSAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1 - Unida de	Código do item antigo: 282049	BANDAG EM ELÁSTIC A AUTOAD ERENTE
3	1	1949640	BANDAGEM - IDENTIFICACAO: BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE; MATERIA-PRIMA: BORRACHA SINTETICA, POLIURETANO, ISENTO DE LATEX; MEDIDA: (L X C): 5 CM X 4,5 M (ESTICADA);	MANTEM A BANDAGEM FIRME, ADERE SOBRE SI MESMA E NAO ADERE NA PELE, SEM ADESIVO, NAO ESCORREGA, BOA POROSIDADE, FLEXIVEL, RASGAVEL COM A MAO, ADAPTAVEL AOS CONTORNOS CORPORAIS. INDICADO PARA PROMOVER APOIO E COMPRESSAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1 - Unida de	Código do item antigo: 1915231	BANDAG EM ELÁSTIC A AUTOAD ERENTE
4	1	1949659	BANDAGEM - IDENTIFICACAO: BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE; MATERIA-PRIMA: BORRACHA SINTETICA, POLIURETANO, ISENTO DE LATEX; MEDIDA: DIMENSÃO (L X C): 10CM X 4,5M (ESTICADA);	MANTEM A BANDAGEM FIRME, ADERE SOBRE SI MESMA E NÃO ADERE NA PELE, SEM ADESIVO, NÃO ESCORREGA, BOA POROSIDADE, FLEXÍVEL, RASGÁVEL COM A MÃO, ADAPTÁVEL AOS CONTORNOS CORPORAIS. INDICADO PARA PROMOVER APOIO E COMPRESSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 1915223	BANDAG EM ELÁSTIC A AUTOAD ERENTE
5	1	1362917	BANDAGEM ABSORVENTE HIPO-ALERGICA - APLICACAO: USO APOS PUNCAO VENOSA, ADESIVA E ANTI-SEPTICA; APRESENTACAO: NAO TECIDO, COMPOSTA DE POLIESTER E ALGODAO; COR: BRANCA OU BEGE, PARA USO ADULTO;	EMBALAGEM PROTETORA; CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	1- Unida de	-	BANDAG EM PÓS- PUNÇÃO VENOSA

6	1	801917	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO - APRESENTACAO: ROLO; MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 7,5 CM X 9,0 M;	DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO OXIDO DE ZINCO A 10 PORCENTO, AGUA DESTILADA, GLICEROL, ALCOOL, CETO-ESTEARILICO, CETOMACROGOL, OLEO MINERAL, GOMA DE GUAR, GOMA DE XANTINA, METIL-PARAMICROXILOENOATO E PROPIL-PARA-HIDROXILOENOATO, PODENDO CONTER CALAMINACOBERTA COM FILME PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	1- Unidade	-	BANDAGEM COM ÓXIDO DE ZINCO (BOTA DE UNNA)
7	1	338699	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO - APRESENTACAO: ROLO; MEDIDAS: 10CM X 9 METROS;	DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO OXIDO DE ZINCO A 10 PORCENTO, AGUA DESTILADA, GLICEROL, ALCOOL, CETO-ESTEARILICO, CETOMACROGOL, OLEO MINERAL, GOMA DE GUAR, GOMA DE XANTINA, METIL-PARAMICROXILOENOATO E PROPIL-PARA-HIDROXILOENOATO, PODENDO CONTER CALAMINACOBERTA COM FILME PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	BANDAGEM COM ÓXIDO DE ZINCO (BOTA DE UNNA)
8	1	1528742	BANDAGEM ELASTICA AUTO COMPRESSIVA - APLICACAO: TORNOZELO 18 A 25 CM; MATERIA-PRIMA: MULTICAMADAS CONFORME FABRICANTE; COMPRESSAO: 35 - 40 MMHG; MEDIDAS: NAO INFERIORES A 9,5	BANDAGEM ELASTICA COMPOSTA DE 02 OU 03 CAMADAS PARA COMPRESSAO SUSTENTADA DE 35 - 40 MMHG, PARA REDUCAO DE EDEMA E MELHORA DO RETORNO VENOSO ADEQUADA PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE TORNOZELO ENTRE 18 E 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE	1- Unidade	-	BANDAGEM AUTO COMPRESSIVA MULTICAMADAS

			CM X 2,47 M EM REPOUSO;	IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.			
8	2	1528769	BANDAGEM ELASTICA AUTO COMPRESSIVA - APLICACAO: TORNOZELO 25 A 32 CM; MATERIA-PRIMA: MULTICAMADAS CONFORME FABRICANTE; COMPRESSAO: 35 - 40 MMHG; MEDIDAS: NAO INFERIORES A 9,5 CM X 2,47 M EM REPOUSO;	BANDAGEM ELASTICA COMPOSTA DE 02 OU 03 CAMADAS PARA COMPRESSAO SUSTENTADA DE 35 - 40 MMHG, PARA REDUCAO DE EDEMA E MELHORA DO RETORNO VENOSO ADEQUADAS PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE TORNOZELO ENTRE 25 E 32 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO MS.	1- Unida de	-	BANDAGEM AUTO COMPRESSIVA MULTICAMADAS
9	1	1675460	BANDAGEM ELASTICA AUTO COMPRESSIVA - APLICACAO: TORNOZELO CIRCUNFERENCIA 18 A 25 CM; MATERIA-PRIMA: MULTICAMADAS CONFORME FABRICANTE; COMPRESSAO: 20-30 MMHG; MEDIDAS: MINIMO 9,5 CM X 2,47 M EM REPOUSO;	BANDAGEM ELASTICA COMPRESSIVA COM MEDIDAS NAO INFERIORES A 9,5 CM X 2,47 M EM REPOUSO, COMPOSTA DE 02 OU 03 CAMADAS PARA COMPRESSAO SUSTENTADA DE 20 - 30 MMHG, PARA REDUCAO DE EDEMA E MELHORA DO RETORNO VENOSO ADEQUADAS PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE TORNOZELO ENTRE 18 E 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	BANDAGEM AUTO COMPRESSIVA MULTICAMADAS
9	2	1675451	BANDAGEM ELASTICA AUTO COMPRESSIVA - APLICACAO: TORNOZELO CIRCUNFERENCIA 25 A 32 CM; MATERIA-PRIMA: MULTICAMADAS CONFORME FABRICANTE; COMPRESSAO: 20-30 MMHG; MEDIDAS: MINIMO 9,5 CM X 2,47 EM REPOUSO;	BANDAGEM ELASTICA COMPRESSIVA COM MEDIDAS NAO INFERIORES A 9,5 CM X 2,47 M EM REPOUSO, COMPOSTA DE 02 OU 03 CAMADAS PARA COMPRESSAO SUSTENTADA DE 20 - 30 MMHG, PARA REDUCAO DE EDEMA E MELHORA DO RETORNO VENOSO ADEQUADAS PARA PACIENTES COM CIRCUNFERENCIA DE TORNOZELO ENTRE 25 E 32 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE	1- Unida de	-	BANDAGEM AUTO COMPRESSIVA MULTICAMADAS

				IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.			
10	1	1417517	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADERENTE DIGITAL; TAMANHO: MEDIO, PARA DEDOS DA MAO, 2,4CM DE DIAMETRO;	CONSTITUIDO POR MALHA DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIDA DE SILICONE, ENROLADAS DE FORMA TUBULAR PARA TRATAMENTO DE DEDOS DA MAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,4 CM DE DIAMETRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRONO MS.	1- Unida de	-	NÃO ADERENTES MALHA DE ACETATO DE CELULOSE DIGITAL (MÃO E PÉ)
11	1	1417525	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADERENTE DIGITAL; TAMANHO: GRANDE, PARA DEDOS DA MAO, 2,8CM DE DIAMETRO;	CONSTITUIDO POR MALHA DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIDA DE SILICONE, ENROLADA DE FORMA TUBULAR PARA TRATAMENTO DE DEDOS DA MAO. TAMANHO GRANDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,8 CM DE DIAMETRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRONO MS.	1- Unida de	-	NÃO ADERENTES MALHA DE ACETATO DE CELULOSE DIGITAL (MÃO E PÉ)
12	1	1417533	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADERENTE DIGITAL; TAMANHO: GRANDE, PARA DEDOS DO PE, 2,8CM DE DIAMETRO;	CONSTITUIDO POR MALHA DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIDA DE SILICONE, ENROLADA DE FORMA TUBULAR PARA TRATAMENTO DE DEDOS DO PE. TAMANHO GRANDEMEDINDO APROXIMADAMENTE 2,8 CM DE DIAMETRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRONO MS.	1- Unida de	-	NÃO ADERENTES MALHA DE ACETATO DE CELULOSE DIGITAL (MÃO E PÉ)
13	1	1428837	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADERENTE, EM ROLO; MEDIDA: 7,5 CM X 150 CM,	CURATIVO NAO ADERENTE, EM TELA DE MALHA IMPREGNADA COM PETROLATUM, PARA COBERTURA	1- Unida de	-	NÃO ADERENTES MALHA COM

			APROXIMADAMENTE;	PRIMARIA. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA,COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.			PETROL ATUM
14	1	1640054	CURATIVO - APRESENTACAO: TELA DE MALHA IMPREGNADA COM PETROLATUM; MEDIDA: 7,5 CM X 7,5 CM, APROXIMADAMENTE;	NAO ADERENTE, ESTERIL; PARA COBERTURA PRIMARIA. EM EMBALAGEM ESTERIL, COM ABERTURA EM PETALA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	1- Unida de	-	NÃO ADEREN TES MALHA COM PETROL ATUM
15	1	1638009	CURATIVO - APRESENTACAO: TELA DE MALHA IMPREGNADA COM PETROLATUM; MEDIDA: 7,5 CM X 20 CM, APROXIMADAMENTE;	NAO ADERENTE, ESTERIL, PARA COBERTURA PRIMARIA. EM EMBALAGEM ESTERIL, COM ABERTURA EM PETALA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	1- Unida de	-	NÃO ADEREN TES MALHA COM PETROL ATUM
16	1	1638190	CURATIVO - APRESENTACAO: TELA DE MALHA IMPREGNADA COM PETROLATUM; MEDIDA: 7,5 CM X 40 CM, APROXIMADAMENTE;	NAO ADERENTE, ESTERIL, PARA COBERTURA PRIMARIA. EM EMBALAGEM ESTERIL, COM ABERTURA EM PETALA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	1- Unida de	-	NÃO ADEREN TES MALHA COM PETROL ATUM
17	1	13714	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADESIVO 100% COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO; TAMANHO: APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM;	IMPREGNADA COM IBUPROFENO (0,5 MG/CM2), COM DISPENSACAO SUSTENTADA, RECOBERTO P/ UM FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS, COM SISTEMA REGULADOR DE UMIDADE, FLEXIVEL, MOLDAVEL E RECORTAVEL. EMBALAG EM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EMPETALA, COM DADOS DE	1- Unida de	-	ESPUMA DE POLIURE TANO NÃO ADESIVA IMPREG NADA COM IBUPROF ENO

				IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DELOTE E REGISTRO NO MS.			
18	1	13790	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADESIVO 100% COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO; TAMANHO: APROXIMADAMEN TE 15 X 15 CM;	IMPREGNADA COM IBUPROFENO (0,5 MG/CM2), COM DISPENSACAO SUSTENTADA, RECOBERTO POR UM FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIASCOM SISTEMA REGULADOR DE UMIDADE, FLEXÍVEL, MOLDAVEL E RECORTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EMPETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DELOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	ESPUMA DE POLIURE TANO NÃO ADESIVA IMPREG NADA COM IBUPROF ENO
19	1	1989545	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADESIVO 100% COMPOSTO POR ESPUMA POLIURETANO;; MEDIDA: APROXIMADAMEN TE 10 X 10 CM;	IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, COM LIBERACAO SUSTENTADA E SISTEMA REGULADOR E CONTROLADOR DE UMIDADE,RECOBERTO POR FILME IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS, FLEXIVEL, MOLDAVEL E RECORTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 14125	ESPUMA DE POLIURE TANO NÃO ADESIVA IMPREG NADA COM ÍONS DE PRATA
20	1	1989553	CURATIVO - APRESENTACAO: NAO ADESIVO 100% COMPOSTO POR ESPUMA POLIURETANO; MEDIDA: 15 X 15 CM;	IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, COM LIBERACAO SUSTENTADA E SISTEMA REGULADOR E CONTROLADOR DE UMIDADE, RECOBERTO POR FILME IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS, FLEXIVEL, MOLDAVEL E	1- Unida de	Código do item antigo: 14044	ESPUMA DE POLIURE TANO NÃO ADESIVA IMPREG NADA COM ÍONS DE PRATA

				RECORTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS			
21	1	1957970	CURATIVO - APRESENTACAO: PLACA ESTERIL DE HIDROFIBRA COM PRATA; MEDIDA: 15CM X 15CM;	CURATIVO EM DUPLA CAMADA DE HIDROFIBRA, 100% CARBOXIMETILCELULOS E SODICA E NO MINIMO 1,2% DE PRATA IONICA, COM AGENTES ANTIBIOFILMES. MACIO, NAO ADERENTE, ALTA ABSORCAO VERTICAL DO EXSUDATO. COSTURA DE REFORCO PARA MAIOR RESISTENCIA DO CURATIVO. SEM ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO. A CARBOXIMETILCELULOS E SODICA DEVE SER AGRUPADA E ALINHADA VERTICALMENTE PARA PROPORCIONAR A ADSORCAO E ABSORCAO VERTICAL, TRANSFORMANDO A PLACA EM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESAO. A PLACA NAO PODE SE ROMPER NO MOMENTO DA TROCA E NEM SE DISSOLVER NO LEITO DA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	Código do item antigo: 1226886	ANTIMICROBIANOS (ANTIBIOFILME) HIDROFIBRA IMPREGNADA COM PRATA (ANTIBIOFILME)
22	1	1957961	CURATIVO - APRESENTACAO: PLACA ESTERIL DE HIDROFIBRA COM PRATA; MEDIDA: 20CM X 30CM;	CURATIVO EM DUPLA CAMADA DE HIDROFIBRA, 100% CARBOXIMETILCELULOS E SODICA E NO MINIMO 1,2% DE PRATA IONICA, COM AGENTES ANTIBIOFILMES. MACIO, NAO ADERENTE, ALTA ABSORCAO VERTICAL DO EXSUDATO. COSTURA DE REFORÇO PARA MAIOR RESISTENCIA DO CURATIVO. SEM	1- Unidade	Código do item antigo: 1229290	ANTIMICROBIANOS (ANTIBIOFILME) HIDROFIBRA IMPREGNADA COM PRATA (ANTIBIOFILME)



				<p>ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO. A CARBOXIMETILCELULOS E SODICA DEVE SER AGRUPADA E ALINHADA VERTICALMENTE PARA PROPORCIONAR A ADSORÇÃO E ABSORÇÃO VERTICAL, TRANSFORMANDO A PLACA EM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESAO. A PLACA NAO PODE SE ROMPER NO MOMENTO DA TROCA E NEM SE DISSOLVER NO LEITO DA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.</p>			
23	1	610011	<p>CURATIVO - APRESENTACAO: TIPO COBERTURA DE ACAO ANTIMICROBIANA; TAMANHO: 10 X 10CM;</p>	<p>CURATIVO TIPO COBERTURA DE ACAO ANTIMICROBIANA, CONSTITUIDA POR 02 CAMADAS DE POLIETILENO RECOBERTA POR PRATA NANOCRISTALINA; COMPOSTA POR 01 CAMADA CENTRAL DE RAYON E POLIESTER, UNIDAS POR SOLDA ULTRASSONICA. TAMANHO 10 X 10CM, ESTERIL. FINALIDADE: LESOES ALTAMENTE COLONIZADAS OU INFECTADAS E ESTAGNADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRONO MS.</p>	1- Unida de	-	<p>ANTIMICROBIANOS (ANTIBIOFILME) PRATA NANOCRISTALINA</p>
24	1	2003872	<p>CURATIVO - APRESENTACAO: FIBRAS POLIABSORVENTES E MATRIZ DE PRATA; MEDIDA: 10 CM X 10 CM;</p>	<p>COBERTURA PRIMARIA, ESTERIL, NAO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, NAO OCLUSIVO. COMPOSICAO: FIBRAS POLIABSORVENTES FORMADAS POR NUCLEO ACRILICO ENVOLTO POR POLIMEROS DE POLIACRILATO DE AMONIA, TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZ</p>	1- Unida de	-	<p>ANTIMICROBIANOS (ANTIBIOFILME) FIBRAS POLIABSORVENTES E MATRIZ DE PRATA</p>

				LIPOFILICA, CARBOXIMETILCELULOS E E SAIS DE PRATA. FINALIDADE: ABSORCAO VERTICAL DO EXSUDATO E DESTRIDAMENTO ELETROSTATICO EM FERIDAS INFECTADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.			
25	1	1428845	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO - TIPO: NAO RECORTAVEL,FLEX IVEL,ATOXICO E HIPOALERGENICO; COMPOSICAO: MALHA DE FIBRAS DE NYLON NAO ADERENTE; MEDIDAS: APROXIMADAMEN TE 6,5CM X 10,5CM;	COBERTURA PRIMARIA, ABSORVENTE,DESODORI ZANTE,COMPOSTA DE UM TECIDO DECARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA,ENVOLTO POR UMA MALHA DE FIBRASDE NYLON NAO ADERENTE, NAO RECORTAVEL, FLEXIVEL,ATOXICO E HIPOALERGENICO.EMBA LAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COMDADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DEVALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	ANTIMIC ROBIAN OS / ODOR CARVÃO ATIVAD O COM PRATA
26	1	1429086	CURATIVO DE CARVAO ATIVADO - TIPO: NAO RECORTAVEL, FLEXIVEL, ATOXICO E HIPOALERGENICO; COMPOSICAO: MALHA DE FIBRAS DE NYLON NAO ADERENTE; MEDIDAS: APROXIMADAMEN TE 10,5 CM X 10,5 CM;	COBERTURA PRIMARIA, ABSORVENTE, DESODORIZANTE,COMP OSTA DE UM TECIDO DECARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA,ENVOLTO POR UMA MALHA DE FIBRAS DENYLON NAO ADERENTE,NAO RECORTAVEL, FLEXIVEL, ATOXICO E HIPOALERGENICO.MEDI NDO APROXIMADAMENTE 10,5 CM X 10,5 CM. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPELGRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DE VALIDADE,NUMERO	1- Unida de	-	ANTIMIC ROBIAN OS / ODOR CARVÃO ATIVAD O COM PRATA

				DO LOTE E REGISTRO NO MS.			
27	1	1429094	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO - TIPO: NÃO RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; COMPOSIÇÃO: MALHA DE FIBRAS DE NYLON NÃO ADERENTE; MEDIDAS: 10,5 CM X 19 CM;	COBERTURA PRIMÁRIA, ABSORVENTE, DESODORIZANTE, COMPOSTA DE UM TECIDO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, ENVOLTO POR UMA MALHA DE FIBRAS DE NYLON NÃO ADERENTE, NÃO RECORTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDA: APROXIMADAMENTE 10,5 CM X 19 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRÃO CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	ANTIMICROBIANOS / ODOR CARVÃO ATIVADO COM PRATA
28	1	1949594	CURATIVO - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO PARA LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO E HIDRATAÇÃO; MEDIDA: FRASCO 350 ML;	FRASCO COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, BETAINA, E POLIHEXANIDA. PRONTO PARA USO. INDICADO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO BIOFILME. EMBALAGEM TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E RMS.	1- Unidade	Código do item antigo: 1528734	LIMPEZA (ANTIBIOFILME) PHMB
29	1	1312766	CURATIVO - APRESENTAÇÃO: PLACA HIDROFÍBRA; MEDIDA: 15 X 15 CM;	CURATIVO DE HIDROFÍBRA, 100% CARBOXIMETILCELULOSE E SÓDICA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, QUE PROMOVA ABSORÇÃO VERTICAL DO EXSUDATO. A CARBOXIMETILCELULOSE E SÓDICA DEVE SER AGRUPADA E ALINHADA VERTICALMENTE PARA PROPORCIONAR A ADSORÇÃO E ABSORÇÃO VERTICAL, TRANSFORMANDO A PLACA EM GEL COESO PROTEGENDO OS BORDOS DA LESÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECÇÃO) HIDROFÍBRA SEM PRATA

				FABRICACAO, VALIDADE, ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.			
30	1	27545	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO - MEDIDAS: 10 X 10CM A 10.5 X 10.5CM;	COBERTURA DE FERIMENTO, ABSORVENTE, COMPOSTO DE UM POLIMETRO EM FIBRASDE ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO, EM PLACA RESISTENTE A TRACAO, NAO OCLUSIVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COMDA DOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	1- Unida de	-	CURATI VOS PARA TRATAM ENTO E ABSORÇ ÃO DE EXSUDA TO BAIXO A MODERA DO (SEM INFECCÃ O) ALGINA TO DE CALCIO
31	1	27545	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO - MEDIDAS: 10 X 10CM A 10.5 X 10.5CM;	COBERTURA DE FERIMENTO, ABSORVENTE, COMPOSTO DE UM POLIMETRO EM FIBRASDE ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO, EM PLACA RESISTENTE A TRACAO, NAO OCLUSIVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COMDA DOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	1- Unida de	-	CURATI VOS PARA TRATAM ENTO E ABSORÇ ÃO DE EXSUDA TO BAIXO A MODERA DO (SEM INFECCÃ O) ALGINA TO DE CALCIO
32	1	229270	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO - MEDIDAS: 35CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMEN TE;	FITA OU CORDAO ABSORVENTE COMPOSTO DE UM POLIMETRO EM FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO E/OU SODIO, NAO ADESIVO E NAO OCLUSIVO, COM APROXIMADAMENTE 35CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO EVALIDADE.	1- Unida de	-	CURATI VOS PARA TRATAM ENTO E ABSORÇ ÃO DE EXSUDA TO BAIXO A MODERA DO (SEM INFECCÃ O) ALGINA TO DE CALCIO
33	1	935352	CURATIVO TIPO COBERTURA PRIMARIA - TAMANHO: 5,1 X 5,1 CM;	ABSORVENTE E FLEXIVEL, COMPOSTO DE 90 POR CENTO DE COLAGENO COM CADEIA DE TRIPLA HELICE E 10 POR CENTO DE ALGINATO DE CALCIO FORMADOR DE GEL, NAO ADERENTE,	1- Unida de	-	CURATI VOS PARA TRATAM ENTO E ABSORÇ ÃO DE EXSUDA TO

				FACIL REMOCAO.SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE 10% NA AREATOTAL, PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA,DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.			BAIXO A MODERADO (SEM INFECCÃO) COLÁGENO COM ALGINATO
34	1	236381	CURATIVO TIPO COBERTURA PRIMARIA - TAMANHO: 10,2 X 11,25CM;	ESTERIL,MACIA,FLEXIVEL,ALTAMENTE ABSORVENTE, INDUTORA DE CICATRIZACAO,COMPOSTA DE 90 POR CENTO DE COLAGENO COM CADEIA DE TRIPLA HELICE E 10POR CENTO DE ALGINATO DE CALCIO FORMADO DE GEL E CONTROLADOR DO EXSUDATO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURAEM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DEFABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECCÃO) COLÁGENO COM ALGINATO
35	1	935336	CURATIVO TIPO COBERTURA PRIMARIA - TAMANHO: 10,2 X 22,2 CM;	ABSORVENTE E FLEXIVEL,COMPOSTO DE 90 POR CENTO DE COLAGENO COM CADEIA DE TRIPLA HELICE E 10 POR CENTO DE ALGINATO DE CALCIO FORMADOR DE GEL,NAO ADERENTE, FACIL REMOCAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPELGRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPODE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECCÃO) COLÁGENO COM ALGINATO
36	1	803910	CURATIVO HIDROCOLOIDE - TIPO: PLACA; MEDIDAS DAS PLACAS: 10 X 10 CM;	PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA,RECOBERTO POR UMA PELICULA DE POLIURETANO,	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE

				PERMEAVEL AO VAPOR UMIDO EIMPERMEAVEL A AGENTES DE CONTAMINACAO, OCLUSIVO, AUTO ADESIVO, NAOADERENTE AO LEITO DA LESAO, SISTEMA DE APLICACAO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRU CIRURGICO COM ABERTURA EMPETALA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALI-DADE E NUMERO DO LOTE.			EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECCÃO) HIDROCOLÓIDES
37	1	803928	CURATIVO HIDROCOLOIDE - TIPO: PLACA; MEDIDAS DAS PLACAS: 15 X 15 CM;	PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA,RECOBERTO POR UMA PELICULA DE POLIURETANO, PERMEAVEL AO VAPOR UMIDO EIMPERMEAVEL A AGENTES DE CONTAMINACAO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NAOADERENTE AO LEITO DA LESAO, SISTEMA DE APLICACAO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EMPETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DEVALIDADE E NUMERO DO LOTE.	1- Unida de	-	ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECCÃO) HIDROCOLÓIDES
38	1	803936	CURATIVO HIDROCOLOIDE - TIPO: PLACA; MEDIDAS DAS PLACAS: 20 X 20 CM;	PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETIL CELULOSE SODICA,RECOBERTO POR UMA PELICULA DE POLIURETANO, PERMEAVEL AO VAPOR UMIDO EIMPERMEAVEL A AGENTES DE CONTAMINACAO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NAOADERENTE AO LEITO DA LESAO, SISTEMA DE APLICACAO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA	1- Unida de	-	ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECCÃO) HIDROCOLÓIDES

				EMPETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.			
39	1	1312820	CURATIVO TIPO COBERTURA PRIMARIA - TAMANHO: 7,5 X 5 CM;	CURATIVO MEMBRANA DE CELULOSE, POROSA PARA TRANSFERENCIA DE EXSUDATO, ESTERIL, PARA PROTECAO DE LESOES EM QUEIMADURAS E ULCERAS BOLHOSAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECÇÃO) MEMBRANA POROSA
40	1	1312847	CURATIVO TIPO COBERTURA PRIMARIA - TAMANHO: 20 X 15 CM;	CURATIVO MEMBRANA DE CELULOSE, POROSA PARA TRANSFERENCIA DE EXSUDATO, ESTERIL, PARA PROTECAO DE LESOES EM QUEIMADURAS E ULCERAS BOLHOSAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECÇÃO) MEMBRANA POROSA
41	1	680583	CURATIVO ESTERIL DE FIBRA DE VISCOSE - APRESENTACAO: CONFECCIONADO EM PELICULA POLIESTER/FACE PERFURADA DE POLIURETANO; MEDIDAS: 10 X 10 CM;	NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	-	CURATIVOS PARA TRATAMENTO E ABSORÇÃO DE EXSUDATO BAIXO A MODERADO (SEM INFECÇÃO) FIBRA DE VISCOSE
42	1	1665910	CURATIVO - APRESENTACAO: SOLUCAO EM SPRAY, ESTERIL, POLIMERO DE ACRILATO; MEDIDA: FRASCO DE 20 A 30 ML;	SOLUCAO PROTETORA CUTANEA COMPOSTA POR POLIMERO DE ACRILATO, DILUIDA EM UM SOLVENTE NAO CITOTOXICO, NAO ALCOOLICO, NAO GORDUROSO. FINALIDADE: PROTECAO DA PELE INTEGRAL OU	1- Unidade	-	SOLUÇÕES SPRAY BARREIRA

				LESIONADA DEVIDO AS INCONTINENCIAS FECAL E/OU URINARIA, SUCOS DIGESTIVOS, EXSUDATOS DE FERIDAS, ADESIVOS, FRICCAO E ESFOLIACAO.			
43	1	1949586	SOLUCAO PROTETORA CUTANEA - APRESENTACAO: CREME BARREIRA; COMPONENTE: CICLOMETICONA E/OU DIMETICONA, AGENTES EMOLIENTES;	FORMULA CONCENTRADA: INGREDIENTE ATIVO CICLOMETICONA E/OU DIMETICONA, AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES, QUE OFERECEM PROTECAO CONTRA A UMIDADE E FLUIDOS CORPORAIS. PESO MINIMO 28GRAMAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 310280	SOLUÇÃO ES CREME BARREIRA
44	1	1957988	SOLUCAO PROTETORA CUTANEA - APRESENTACAO: OLEOSA DE USO TOPICO; COMPONENTE: ACIDOS GRAXOS;	COMPOSICAO: MÍNIMA ACIDOS LINOLEICO, CAPRILICO E CAPRICO, VITAMINAS A E E. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	FRASCO 100 ML	Código do item antigo: 1229419	SOLUÇÃO ES OLEOSA
45	1	312487	GEL - IDENTIFICACAO: AMORFO, TRANSPARENTE, VISCOSO E ESTERIL; COMPOSICAO: PROPILENOGLICOL COM ALGINATO DE SODIO E/OU CALCIO;	-	TUBO C/25 GRAMAS	-	SOLUÇÃO ES HIDROGEIS
46	1	312630	GEL PARA CURATIVO COM HIDROCOLOIDES - IDENTIFICACAO: GEL AMORFO, TRANSPARENTE, VISCOSO E ESTERIL; COMPOSICAO: CONSTITUIDO DE AGUA, PROPILENOGLICOL, GOMA GUAR E HIDROCOLOIDES NATURAIS;	-	TUBO C/25 GRAMAS	-	
47	1	1957856	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO:	COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/HIDROCE	1- Unida de	Código do item	ESPUMA DE POLIURE



			<p>ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 10CM X 20CM APROXIMADAMENTE, SEM BORDA ADESIVA;</p>	<p>LULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADA ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, SEM BORDA ADESIVA E IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR AO PACIENTE. FLEXIVEL, CONFORMÁVEL AOS CONTORNOS DO CORPO, COM SISTEMA PARA RETENCAO DO EXSUDATO, REPOSICIONAVEL. PODE SER UTILIZADO SOB BANDAGEM DE COMPRESSAO. RECORTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.</p>		<p>antigo: 1640232</p>	<p>TANO MULTICAMADAS REVESTIDA POR SILICONE SEM BORDA ADESIVA</p>
48	1	1957864	<p>CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM APROXIMADAMENTE, SEM BORDA ADESIVA;</p>	<p>OMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/HIDROCELULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADA ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, SEM BORDA ADESIVA E IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR AO PACIENTE. FLEXIVEL,</p>	1- Unidade	<p>Código do item antigo: 1640240</p>	<p>ESPUMA DE POLIURETANO MULTICAMADAS REVESTIDA POR SILICONE SEM BORDA ADESIVA</p>

				CONFORMAVEL AOS CONTORNOS DO CORPO, COM SISTEMA PARA RETENCAO DO EXSUDATO, REPOSICIONAVEL. PODE SER UTILIZADO SOB BANDAGEM DE COMPRESSÃO. RECORTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.			
49	1	1957872	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 20CM X 20CM APROXIMADAMEN TE, SEM BORDA ADESIVA;	COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/HIDROCE LULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADA ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, SEM BORDA ADESIVA E IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR AO PACIENTE. FLEXIVEL, CONFORMAVEL AOS CONTORNOS DO CORPO, COM SISTEMA PARA RETENCAO DO EXSUDATO, REPOSICIONAVEL. PODE SER UTILIZADO SOB BANDAGEM DE COMPRESSÃO. RECORTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 1640356	ESPUMA DE POLIURE TANO MULTIC AMADAS REVESTI DA POR SILICON E SEM BORDA ADESIVA
50	1	1957880	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO:	COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/HIDROCE	1- Unida de	Código do item	ESPUMA DE POLIURE

			<p>ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 12,5CMX12,5CM APROX, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;</p>	<p>LULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADA ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 2,5 CM QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO DA AREA COM REPOSICAO, MANTENDO A ADESIVIDADE. IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR AO PACIENTE. FLEXIVEL, CONFORMAVEL AOS CONTORNOS DO CORPO, SISTEMA PARA RETENCAO DO EXSUDATO, REPOSICIONAVEL. PERMITE ADERENCIA SUAVE, MANTENDO A ADESIVIDADE POR NO MINIMO 7 DIAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.</p>		antigo: 1528645	<p>TANO MULTICAMADAS REVESTIDA POR SILICONE COM BORDA ADESIVA DE SILICONE</p>
51	1	1757032	<p>CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 15CM X 15CM, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;</p>	<p>ESPUMA HIDROCELULAR/POLIURETANO COM POLIACRILATO SUPER ABSORVENTE, HIDROFILICO, COMPOSTO POR 3 CAMADAS COM ATE 3 MM DE ESPESSURA, OBRIGATORIAMENTE REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA</p>	1- Unidade	-	<p>ESPUMA DE POLIURETANO MULTICAMADAS REVESTIDA POR SILICONE COM BORDA ADESIVA DE SILICONE</p>

				<p>POR FILME DE POLIURETANO, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 2,5 CM QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO DA AREA COM REPOSICAO MANTENDO A ADESIVIDADE, ESTERIL, IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE ADERENCIA SUAVE, MANTENDO A ADESIVIDADE POR NO MINIMO 7 DIAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL A REGIAO ANATOMICA APLICADA.</p>			
52	1	1957899	<p>CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE; APRESENTACAO: 17,5CMX17,5CM APROX, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE;</p>	<p>COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/HIDROCE LULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. REVESTIDA INTERNAMENTE POR UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADA ADESIVA SUAVE E UMA CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, COM BORDA ADESIVA DE SILICONE SEM MEMORIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 2,5 CM QUE PERMITA A RETIRADA SUAVE PARA INSPECAO DA AREA COM REPOSICAO, MANTENDO A ADESIVIDADE. IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA TROCA DE CURATIVO ATRAUMATICA E INDOLOR AO PACIENTE. FLEXIVEL, CONFORMAVEL AOS CONTORNOS DO CORPO, SISTEMA PARA RETENCAO DO EXSUDATO,</p>	1- Unida de	Código do item antigo: 1528653	<p>ESPUMA DE POLIURETANO MULTICAMADAS REVESTIDA POR SILICON E COM BORDA ADESIVA DE SILICON E</p>

				<p>REPOSICIONAVEL.          PERMITE ADERENCIA          SUAVE, MANTENDO A          ADESIVIDADE POR NO          MINIMO 7 DIAS.          EMBALAGEM          INDIVIDUAL ESTERIL          COM ABERTURA EM          PETALA, COM DADOS DE          IDENTIFICACAO, TIPO DE          ESTERILIZACAO E          VALIDADE, NUMERO DO          LOTE E REGISTRO NO          MS.</p>			
53	1	1957902	<p>CURATIVO DE          POLIURETANO -          COMPOSICAO:          ESPUMA DE          POLIURETANO          REVESTIDA POR          SILICONE;          APRESENTACAO:          SACRAL 23X25CM          APROX, C BORDA          ADESIVA DE          SILICONE;</p>	<p>COMPOSTO POR ESPUMA          ABSORVENTE DE          POLIURETANO/HIDROCE          LULAR COM NO MINIMO          3 CAMADAS,          CAPACIDADE DE          ABSORCAO MODERADA          A ALTA E VERTICAL.          REVESTIDA          INTERNAMENTE POR          UMA CAMADA DE          SILICONE PERFURADA          ADESIVA SUAVE E UMA          CAMADA EXTERNA          RECOBERTA POR FILME          DE POLIURETANO, COM          BORDA ADESIVA DE          SILICONE SEM MEMORIA          MEDINDO          APROXIMADAMENTE 2,5          CM X 2,5 CM QUE          PERMITA A RETIRADA          SUAVE PARA INSPECAO          DA AREA COM          REPOSICAO, MANTENDO          A ADESIVIDADE. EM          FORMATO SACRAL.          IMPERMEAVEL A AGUA          E BACTERIAS E          PERMEAVEL A TROCAS          GASOSAS. PERMITE UMA          TROCA DE CURATIVO          ATRAUMATICA E          INDOLOR AO PACIENTE.          FLEXIVEL,          CONFORMÁVEL AOS          CONTORNOS DO CORPO,          SISTEMA PARA          RETENCAO DO          EXSUDATO,          REPOSICIONÁVEL.          PERMITE ADERENCIA          SUAVE, MANTENDO A          ADESIVIDADE POR NO          MINIMO 7 DIAS.          EMBALAGEM          INDIVIDUAL ESTERIL          COM ABERTURA EM          PETALA, COM DADOS DE          IDENTIFICACAO, TIPO DE          ESTERILIZACAO E          VALIDADE, NUMERO DO</p>	1- Unida de	-	<p>ESPUMA          DE          POLIURE          TANO          MULTIC          AMADAS          REVESTI          DA POR          SILICON          E COM          BORDA          ADESIVA          DE          SILICON          E</p>

				LOTE E REGISTRO NO MS.			
54	1	1957929	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA POLIURETANEO REVESTIDA P/ FILME POLIURETANO; APRESENTACAO: 10 X 10CM APROXIMADAMENTE, SEM BORDA ADESIVA;	COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/ HIDROCELULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. SEM ADESIVIDADE INTERNA, CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, SEM BORDA ADESIVA, BORDAS BISELADA. IMPERMEAVEL A AGUA, BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DO EXSUDATO DRENADO. ATRAUMATICO, FLEXIVEL, MACIO, COM SISTEMA PARA RETENCAO DO EXUDATO. PODE SER UTILIZADO SOB BANDAGEM DE COMPRESSAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERIALIZACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 1528602	ESPUMA DE POLIURETANO MULTICAMADAS REVESTIDA COM FILME DE POLIURETANO SEM BORDA
55	1	1957953	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: ESPUMA POLIURETANO REVESTIDA P/ FILME POLIURETANO; APRESENTACAO: 10 X 20 CM APROXIMADAMENTE, SEM BORDA ADESIVA;	COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO/ HIDROCELULAR COM NO MINIMO 3 CAMADAS, CAPACIDADE DE ABSORCAO MODERADA A ALTA E VERTICAL. SEM ADESIVIDADE INTERNA, CAMADA EXTERNA RECOBERTA POR FILME DE POLIURETANO, SEM BORDA ADESIVA, BORDAS BISELADA. IMPERMEAVEL A AGUA, BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCAS GASOSAS. PERMITE UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DO EXSUDATO DRENADO. ATRAUMATICO, FLEXIVEL, MACIO, COM SISTEMA PARA	1- Unida de	Código do item antigo: 1528610	ESPUMA DE POLIURETANO MULTICAMADAS REVESTIDA COM FILME DE POLIURETANO SEM BORDA

				<p>RETENCAO DO EXUDATO. PODE SER UTILIZADO SOB BANDAGEM DE COMPRESSAO.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.</p>			
56	1	1640208	<p>CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: FILME DE POLIURETANO REVESTIDO POR SILICONE; APRESENTACAO: TELA 5CM X 7,5CM; RECORTAVEL;</p>	<p>ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR TELA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE SUAVE, NAO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, POROSO, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA FERIDA, PERMITE QUE O EXSUDATO TRANSPASSE PARA A COBERTURA SECUNDARIA ABSORVENTE.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.</p>	1- Unida de	-	<p>FILME DE POLIURETANO REVESTIDO POR SILICONE</p>
57	1	1640216	<p>CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: FILME DE POLIURETANO REVESTIDO POR SILICONE; APRESENTACAO: TELA 10CM X 18CM; RECORTAVEL;</p>	<p>ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR TELA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE SUAVE, NAO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, POROSO, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA FERIDA, PERMITE QUE O EXSUDATO TRANSPASSE PARA A COBERTURA SECUNDARIA ABSORVENTE.</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.</p>	1- Unida de	-	<p>FILME DE POLIURETANO REVESTIDO POR SILICONE</p>

58	1	1640224	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: FILME DE POLIURETANO REVESTIDO POR SILICONE SUAVE; APRESENTACAO: TELA 15CM X 25CM; RECORTAVEL;	ESTERIL, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR TELA DE POLIURETANO REVESTIDA POR SILICONE SUAVE, NAO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, POROSO, FLEXIVEL, ALTAMENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA FERIDA, PERMITE QUE O EXSUDATO TRANSPASSE PARA A COBERTURA SECUNDARIA ABSORVENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	FILME DE POLIURETANO REVESTIDO POR SILICONE
59	1	935328	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: FILME TRANSPARENTE POLIURETANO C/ ADESIVO ACRILICO; APRESENTACAO: 5 X 6,5 CM;	FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO C/ ADESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO E COMPRESSA ABSORVENTE E NAO ADERENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILEM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NOMS.	1- Unida de	-	FILME DE POLIURETANO PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL COM COMPRESSA ABSORVENTE
60	1	803979	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: TRANSPARENTE ESTERIL; APRESENTACAO: 10 X 25CM, APROXIMADAMENTE;	CURATIVO CIRURGICO COM COMPRESSA ABSORVENTE, CONFECCIONADO POR UMA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO, COM ADESIVO ACRILICO E HIPOALERGENICO E COMPRESSA ABSORVENTE E NAO ADERENTE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	1- Unida de	-	FILME DE POLIURETANO PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL COM COMPRESSA ABSORVENTE
61	1	229245	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO:	PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO, TIPO	1- Unida de	-	FILME DE POLIURE



			TRANSPARENTE ESTERIL; APRESENTACAO: 4 X 4CM;	BARREIRA PERMEAVEL A GAS,VAPOR E BACTERIAS, PERMITINDO OXIGENACAO DA FERIDA E IMPERMEAVELA AGUA, RECOBERTA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM MOLDURA NA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA COLOCACAO E RETIRADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE STERILIZACAO E VALIDADE.			TANO PELÍCUL A TRANSP ARENTE ESTÉRIL
62	1	229253	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: TRANSPARENTE ESTERIL; APRESENTACAO: 6 X 7CM;	PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO, TIPO BARREIRA PERMEAVEL A GAS,VAPOR E BACTERIAS, PERMITINDO OXIGENACAO DA FERIDA E IMPERMEAVEL AAGUA, RECOBERTA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM MOLDURA NA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA COLOCACAO E RETIRADA, SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE10% NA AREA TOTAL, PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA,DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS	1- Unida de	-	FILME DE POLIURE TANO PELÍCUL A TRANSP ARENTE ESTÉRIL
63	1	3794	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: TRANSPARENTE ESTERIL; APRESENTACAO: 10,2 X 12,7CM;	NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	FILME DE POLIURE TANO PELÍCUL A TRANSP ARENTE ESTÉRIL
64	1	803901	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: TRANSPARENTE	PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO, TIPO BARREIRA PERMEAVEL	1- Unida de	-	FILME DE POLIURE TANO

			ESTERIL; APRESENTACAO: 10 X 25CM;	A GAS,VAPOR E BACTERIAS, PERMITINDO OXIGENACAO DA FERIDA E IMPERMEAVEL AAGUA, RECOBERTA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM MOLDURA NA PARTE POS-TERIOR QUE FACILITA A COLOCACAO E RETIRADA; EMBALAGEM INDIVIDUALESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DEIDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DOLOTE.			PELÍCUL A TRANSP ARENTE ESTÉRIL
65	1	553875	CURATIVO DE POLIURETANO - COMPOSICAO: TRANSPARENTE, NAO ESTERIL, COBERTURA SECUNDARIA; APRESENTACAO: 15CM X 10M (L X C);	CURATIVO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, NAO ESTERIL, ADESIVO, MEDINDOAPROXIMADA MENTE 15CM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO, EM ROLO,PARA FIXACAO DE CURATIVOS E PROTECAO DA PELE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	FILME DE POLIURE TANO FILME TRANSP ARENTE NÃO ESTÉRIL - ROLO
66	1	1957996	DISPOSITIVO FIXACAO USO MEDICO- HOSPITALAR - IDENTIFICACAO: FIXACAO DE CATETER INTRAVENOSO APROX 7,5 X 7,5 CM; TIPO: ESTERIL;	CONSTITUIDO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO E NAO TECIDO, RECOBERTOS COM ADESIVO HIPOALERGENICO, COM FENESTRA E FITAS AUXILIARES AUTOADESIVAS ESTABILIZADORAS. IMPERMEAVEL, FINO, MACIO E FLEXIVEL COM PERMEABILIDADE SELETIVA. LIVRE DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 1533649	FIXADO RES FIXAÇÃ O DE CATETE RES
67	1	1958003	DISPOSITIVO FIXACAO USO MEDICO- HOSPITALAR - IDENTIFICACAO:	CONSTITUIDO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO E NAO TECIDO, RECOBERTOS COM ADESIVO	1- Unida de	Código do item antigo: 1936573	FIXADO RES FIXAÇÃ O DE

			FIXACAO DE CATETER INTRAVENOSO APROX. 9 X 11 CM; TIPO: ESTERIL;	HIPOALERGENICO, COM FENESTRA E FITAS AUXILIARES AUTOADESIVAS ESTABILIZADORAS. IMPERMEAVEL, FINO, MACIO E FLEXIVEL COM PERMEABILIDADE SELETIVA. LIVRE DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.			CATETERES
68	1	1667394	DISPOSITIVO FIXACAO USO MEDICO-HOSPITALAR - IDENTIFICACAO: FIXACAO DE SONDAS, TUBOS E DRENOS ; TIPO: DESCARTAVEL;	COMPOSTO POR PLACA ADESIVA ACRILICA HIPOALERGENICA PARA FIXACAO A PELE DO PACIENTE E ESPUMA DE POLIETILENO COM ABAS ADESIVAS REUTILIZAVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL NAO ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade de	-	FIXADOS FIXACAO DE SONDAS /TUBOS / DRENOS
69	1	1667416	DISPOSITIVO FIXACAO USO MEDICO-HOSPITALAR - IDENTIFICACAO: FIXACAO DE TUBOS E SONDAS NASAIS ; TIPO: DESCARTAVEL;	FORMATO ANATOMICO, ADULTO, COMPOSTO POR FITA DE FIBRAS SINTETICAS COM ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGENICO, LIVRE DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unidade de	-	FIXADOS FIXACAO DE SONDAS /TUBOS / DRENOS
70	1	1603400	DISPOSITIVO FIXACAO USO MEDICO-HOSPITALAR - IDENTIFICACAO: FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: EM MATERIAL SEM LATEX, TAMANHO ADULTO;	TAMANHO ADULTO; COM BARREIRA PROTETORA BILATERAL PARA A PELE A BASE DE HIDROCOLOIDE, MECANISMO DE FACIL MANUSEIO QUE PERMITE O REPOSICIONAMENTO DO TOT, BASE DE ENCAIXE/SUPORTE CENTRAL PARA O TOT COM FIXACAO SUPERIOR, AREA DE PROTECAO PARA LABIO SUPERIOR,	1- Unidade de	-	FIXADOS FIXACAO DE SONDAS /TUBOS / DRENOS

				TRES PONTOS DE FIXACAO DO TOT, TIRA ALCOCHOADA AJUSTAVEL E LAVAVEL COM FACIL FIXACAO NO PESCOÇO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.			
71	1	1689827	ESPARADRAPO - COMPOSICAO: 100% ALGODAO, ISENTO DE LATEX; CARACTERISTICAS GERAIS: HIPOALERGICO, IMPERMEAVEL; DIMENSOES (L X C ): 10 CM X 4,5 M; COR: BRANCO; APRESENTACAO: ROLO 4,5 M;	EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA.	01771 - ROLO	-	FIXADO RES ESPARA DRAPOS
72	1	1958666	ESPARADRAPO - COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO, COM LATEX; CARACTERISTICAS GERAIS: IMPERMEAVEL, FLEXIVEL, RESISTENTE, BOA ADERENCIA; DIMENSOES (L X C ): 10 CM X 4,5 M; COR: BRANCA; APRESENTACAO: ROLO 4,5 M;	FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO, BORDA SERRILHADA QUE FAVORECE O CORTE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE DO PRODUTO, DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	Código do item antigo: 1689827	FIXADO RES ESPARA DRAPOS
73	1	1406477	FITA CIRURGICA - TIPO: MICROPOROSA, ESTERIL; MEDIDAS: 25MM LARGURA X 10CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE;	DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSA, COM AREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL, HIPOAL ERGENICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, CORTADO EM TIRAS, ALINHADAS E ADERIDAS EM CARTELA COM NO MINIMO 4 UNIDADES. EMBALAGEM ESTERIL, COM ABERABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MS.	Envel ope 1- Unida de	-	FIXADO RES MICROP ORORA ESTÉRIL
74	1	1406485	FITA CIRURGICA - TIPO: MICROPOROSA,	DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSA, COM AREA	Envel ope 1-	-	FIXADO RES MICROP

			ESTERIL; MEDIDAS: 50MM LARGURA X 15CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE;	ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL, HIPOALERGENICA, ESPESSURAFINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, CORTADO EM TIRAS, ALINHADAS E ADEIRADAS EM CARTELA COM NO MINIMO 02 UNIDADES. EMBALAGEM ESTERIL, COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE E REGISTRO NO MS.	Unidade		ORORA ESTÉRIL
75	1	516520	FITA CIRURGICA - TIPO: MICROPOROSA; MEDIDAS: 12,5MM X 10M;	DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM AREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL, HIPOALERGENICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLASTICO COM PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.	1- Unidade	-	FIXADOS MICROPOROSOS NÃO TECIDOS
76	1	516546	FITA CIRURGICA - TIPO: MICROPOROSA; MEDIDAS: 25MM X 10M;	DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM AREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL, HIPOALERGENICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLASTICO COM PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.	1- Unidade	-	FIXADOS MICROPOROSOS NÃO TECIDOS
77	1	516554	FITA CIRURGICA - TIPO: MICROPOROSA; MEDIDAS: 50MM X 10M;	DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM AREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL,	1- Unidade	-	FIXADOS MICROPOROSOS NÃO TECIDOS

				HIPOALERGENICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRE TAL PLASTICO COM PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.			
78	1	198986	FITA HIPOALERGENICA - MEDIDAS: 10CM X 4,5M; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO MICROPERFURADO; COR: TRANSPARENTE;	DORSO DE POLIETILENO MICROPERFURADO, COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, ENROLADO EM CARRETEL, COM TAMPA DE PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PROCEDENCIA.	1- Unidade	-	FIXADO RES FITA HIPOALERGENICA A POLIETILENO MICROPERFURADO (TRANSPARENTE)
79	1	1958658	FITA HIPOALERGENICA - MEDIDAS: 10CM X 4,5M; MATERIA-PRIMA: TECIDO A BASE DE ACETATO DE RAYON COM ADESIVO; COR: BRANCA;	FLEXIVEL, RESISTENTE, BOA FIXACAO, FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO, BORDA SERRILHADA QUE FAVORECE O CORTE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE DO PRODUTO, DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NO MS.	1- Unidade	Código do item antigo: 1707582	FIXADO RES FITA HIPOALERGENICA A TECIDO ACETATO (BRANCA)
80	1	1884280	FITA HIPOALERGENICA - MEDIDAS: 2 A 5 CM X 3 A 5 M (L X C); MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA REVESTIDA POR SILICONE; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE;	FITA RECORTAVEL, NAO ESTERIL, IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCA GASOSAS. PELICULA FLEXIVEL, CONFORTAVEL, ADAPTAVEL A AREAS DE CONTORNO DO CORPO, DE FACIL APLICACAO E REMOCAO ATRAUMATICA. O MATERIAL DEVE PERMITIR O REPOSICIONAMENTO DA FITA E SER RESISTENTE A UMIDADE ENTRE 10% A 90% SEM QUE HAJA PERDA DA ADESIVIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS	1- Unidade	-	FIXADO RES FITA HIPOALERGENICA (SILICONE)

81	1	1686534	FITA HIPOALERGENICA - MEDIDAS: 4 a 5 CM X 1,3 a 1,5 M (L X C); MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA REVESTIDA POR SILICONE; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE;	RECORTAVEL, NAO ESTERIL, IMPERMEAVEL A AGUA E BACTERIAS E PERMEAVEL A TROCA GASOSAS. PELICULA FLEXIVEL, CONFORTAVEL, ADAPTAVEL A AREAS DE CONTORNO DO CORPO, DE FACIL APLICACAO E REMOCAO ATRAUMATICA. PERMITE O REPOSICIONAMENTO DA FITA SEM PERDA DA ADESIVIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	FIXADO RES FITA HIPOALE RGÊNICA (SILICON E)
82	1	1360825	PROTETOR OCULAR - MATERIA-PRIMA: ALGODAO; TAMANHO: AJUSTAVEL PARA P/M; FINALIDADE: FOTOTERAPIA OU USO EM INCUBADORA;	PROTETOR OCULAR COM BLACKOUT INTEGRADO. EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, NR DO LOTE, REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	FIXADO RES PROTET OR OCULAR
83	1	156310	HEMOSTATICO DE CELULOSE - INDICACAO: CONTROLE DE HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL; APRESENTACAO: 5 X 7CM APROXIMADAMEN TE;	TECIDO TRANCADO ABSORVIVEL PREPARADO PELA OXIDACAO CONTROLADA DE CE LULOSE REGENERADA, COR BRANCA, PODENDO SER CORTADO OU SUTURADO SEM DESFIAR, ABSORCAO ENTRE 1 E 2 SEMANAS E HEMOSTASIA ENTRE 2 E 8 MINU TOS; EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETA LA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRI CACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	HEMOST ÁTICOS CELULO SE
84	1	942162	HEMOSTATICO DE COLAGENO - INDICACAO: CONTROLE DE HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL;	TECIDO SEMELHANTE A ESPONJA, CONSTITUIDO DE COLAGENO DERMICO BOVINO, PURIFICADO E LIOFILIZADO, ENTRELACADO, NAO PIROGENICO E ABSORVIVEL;	1- Unida de	-	HEMOST ÁTICOS COLÁGE NO COM ALGINA TO

			DIMENSOES: 5 X 8CM;	ABSORCAO ENTRE 8 E 12 SEMANAS, HEMOSTASIA ENTRE 2 E 5 MINUTOS; EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDA- DE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.			
85	1	319163	HEMOSTATICO DE GELATINA, ABSORVIVEL - IDENTIFICACAO: ESPONJA DE 7 X 5 CM; APLICACAO: ABSORCAO DE SANGUE E CONTENCAO DE HEMORRAGIAS;	ESPONJA DE POROSIDADE UNIFORME, MINIMA REACAO TISSULAR; ABSORCAO ENTRE 4 E 6 SEMANAS, HEMOSTASIA ENTRE 5 E 10 MINUTOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	HEMOSTÁTICOS GELATINA
86	1	1136062	HEMOSTATICO DE GELATINA, ABSORVIVEL - IDENTIFICACAO: ESPONJA DE 20CM X 7,5CM X 0,5MM; APLICACAO: ABSORCAO DE SANGUE E CONTENCAO DE HEMORRAGIAS ETC;	ESPONJA DE POROSIDADE UNIFORME, MINIMA REACAO TISSULAR; ABSORCAO ENTRE 04 E 06 SEMANAS, HEMOSTASIA ENTRE 5 E 10 MINUTOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	HEMOSTÁTICOS GELATINA
87	1	1431412	IMPLANTES PARA USO MEDICO/CIRURGICO - IDENTIFICACAO: IMPLANTE SUBSTITUTO DURAL; APLICACAO: PARA REPARACAO DE DURA-MATER; MATERIA-PRIMA: MATERIAL APIROGENICO, BIOCOMPATIVEL E ABSORVIVEL;	IMPLANTE FLEXIVEL, DIMENSOES MINIMAS 7,5 X 7,5 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS IMPLANTE DURAL



88	1	1901729	PORTA ENXERTO PARA EXPANSOR DE PELE - IDENTIFICACAO: CONDUTOR EXPANSOR DE PELE; RANHURA: SIM; EXPANSAO: 1:1; LARGURA: 7,88 CM; COMPRIMENTO: 28 CM; ESPESSURA: 1 MM;	EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS PORTA ENXERTO
89	1	1901737	PORTA ENXERTO PARA EXPANSOR DE PELE - IDENTIFICACAO: CONDUTOR EXPANSOR DE PELE; RANHURA: SIM; EXPANSAO: 1:1,5; LARGURA: 7,88 CM; COMPRIMENTO: 28 CM; ESPESSURA: 1 MM;	EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS PORTA ENXERTO
90	1	1901745	PORTA ENXERTO PARA EXPANSOR DE PELE - IDENTIFICACAO: CONDUTOR EXPANSOR DE PELE; RANHURA: SIM; EXPANSAO: 1:2; LARGURA: 7,88 CM; COMPRIMENTO: 28 CM; ESPESSURA: 1 MM;	EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS PORTA ENXERTO
91	1	1901753	PORTA ENXERTO PARA EXPANSOR DE PELE - IDENTIFICACAO: CONDUTOR EXPANSOR DE PELE; RANHURA: SIM; EXPANSAO: 1:3; LARGURA: 7,88 CM; COMPRIMENTO: 28 CM; ESPESSURA: 1 MM;	EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS PORTA ENXERTO
92	1	1013289	PORTA ENXERTO PARA EXPANSOR DE PELE - IDENTIFICACAO: CONDUTOR EXPANSOR DE PELE; RANHURA: SIM; EXPANSAO: 1:3; LARGURA: 7,88 CM; COMPRIMENTO: 28 CM; ESPESSURA: 1 MM;	EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM ABERTURA EM PETALA.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS TELAS CIRÚRGICAS

93	1	320005	TELA PARA POS CIRURGIA ABDOMINAL - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: INORGANICA; MEDIDAS: 6 X 11CM; FINALIDADE: RECOMPOSICAO (PROTESE) DO ORGAO;	TELA INCOLOR, EM POLIPROPILENO, NAO ABSORVIVEL, INERTE E RESISTENTE,MALEAVEL, PODENDO SER FACILMENTE CORTADA, SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE10% NA AREA TOTAL, PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA,DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	CIRÚRGI COS TELAS CIRÚRGI CAS
94	1	404560	TELA PARA CIRURGIA DE HERNIA - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: MALEAVEL, COM POROSIDADE UNIFORME; MEDIDAS: 15CM X 7,5CM;	SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE 10% NA AREA TOTAL, PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO,COM ABERTURA EM PETALA,DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	CIRÚRGI COS TELAS CIRÚRGI CAS
95	1	359874	TELA PARA POS CIRURGIA ABDOMINAL - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: INORGANICA; MEDIDAS: 15 X 15CM; FINALIDADE: RECOMPOSICAO (PROTESE) ORGAO;	TELA INCOLOR, EM POLIPROPILENO, NAO ABSORVIVEL, INERTE E RESISTENTE,MALEAVEL, PODENDO SER FACILMENTE CORTADA, SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE 10% NA AREA TOTAL, PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA,DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	CIRÚRGI COS TELAS CIRÚRGI CAS
96	1	319996	TELA PARA POS CIRURGIA ABDOMINAL - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: INORGANICA; MEDIDAS: 30 X 30CM; FINALIDADE: PARA RECOMPOSICAO (PROTESE) DO ORGAO;	TELA INCOLOR, EM POLIPROPILENO, NAO ABSORVIVEL, INERTE E RESISTENTE,MALEAVEL, PODENDO SER FACILMENTE CORTADA, SERAO ACEITAS VARIACOES DE ATE10% NA AREA TOTAL, PARA MAIS OU PARA MENOS. EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL	1- Unida de	-	CIRÚRGI COS TELAS CIRÚRGI CAS

				GRAU CIRURGICO,COM ABERTURA EM PETALA,DADOSDE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DOLOTE E REGISTRO NO MS.			
97	1	1006983	TELA PARA POS CIRURGIA ABDOMINAL - MATERIA PRIMA: TECIDO; TIPO: COLAGENO; MEDIDAS: 10CM LARGURA X 15CM COMPRIMENTO; FINALIDADE: REPARO DE ESOFAGO;	NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	1- Unida de	-	CIRÚRGICOS TELAS CIRÚRGICAS

## 1.2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

1.2.1. O objeto desta contratação é caracterizado como comum, pois apresenta padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

1.2.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto nº 48.586, de 17 de março de 2023.

## 1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO

1.3.1. A futura aquisição das bandagens auto compressivas multicamadas dos lotes 8 (Códigos CATMAS 1528742 e 1528769) e 9 (Códigos CATMAS 1675460 e 1675451) será condicionada ao fornecimento de aparelhos de Doppler Manual em comodato, de modo que, em conjunto com as amostras desses quatro itens, deverão ser apresentados os aparelhos para testagem e aferição da compatibilidade.

1.3.1.1. A aprovação dos itens em questão será condicionada ao ateste da compatibilidade com os aparelhos, cujas especificações deverão também constar no certificado de pré-qualificação.

1.3.1.2. Após a divulgação do resultado da pré-qualificação, os aparelhos apresentados poderão ser retirados pelo requisitante, conforme definições estabelecidas no item 4 – DAS AMOSTRAS.

1.3.2. Para o item do lote 28 (Código 1949594), serão aceitos produtos ESTÉREIS ou NÃO ESTÉREIS.

1.3.3. Para o item do lote 45 (Código 312487) e 46 (Código 312630) - GEL PARA CURATIVO, serão aceitos produtos que contenham, ou não, em sua composição, o composto Propilenoglicol.

1.3.4. Para o item do lote 53 (Código 1957902) poderão ser aceitas variações na apresentação das medidas das espumas em 15% (quinze por cento) para mais ou para menos, desde que não comprometam requisitos normativos obrigatórios ou funcionais do item. Em relação à adesividade, poderão ser aceitos itens cuja adesividade se mantenha por no mínimo 5 dias, considerando se tratar de uma área muito delicada e exposta a constantes contaminantes.

1.3.5. Para os itens dos lotes 88 (Código 1901729), 89 (Código 1901737), 90 (Código 1901745) e 91 (Código 1901753), porta enxerto para expansor de pele, o item deverá ser compatível com o expansor da marca HUMECA.

## 1.4. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES

1.4.1. As bandagens auto compressivas multicamadas dos lotes 8 (Códigos CATMAS 1528742 e 1528769) e 9 (Códigos CATMAS 1675460 e 1675451) requerem o uso de aparelhos de Doppler Manual para assegurar a correta aplicação e monitoramento, de modo que o agrupamento dos itens nesses lotes visa a evitar quaisquer problemas de compatibilidade entre os materiais e os aparelhos, que deverão ser fornecidos em comodato nas futuras aquisições, assegurando que os produtos possam ser utilizados de maneira segura e eficaz.

1.4.2. Os demais itens que compõem o rol de produtos pré-qualificados foram segregados em lotes individuais, diante da viabilidade técnica e da busca pela ampliação da competição, tendo em vista o princípio do parcelamento, nos termos do que dispõe o art. 47, II, da LLCA.

### 1.4.3. Lotes exclusivos para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)

1.4.3.1. O presente procedimento auxiliar de pré-qualificação permanente tem o intuito de selecionar, previamente às licitações e contratações da Rede Fhemig, em qualquer modalidade, bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas neste Termo de Referência, nos termos do art. 80 da LLCA.

1.4.3.2. Ressalta-se que este procedimento não prevê a seleção de fornecedores, tampouco a contratação direta dos bens pré-qualificados, mas tão somente a análise prévia de materiais passíveis de futura aquisição pelas unidades da Rede Fhemig.

1.4.3.3. Assim sendo, não se aplicam neste procedimento auxiliar as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, relativas ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às ME e EPP, uma vez que não há disputa competitiva entre licitantes.

1.4.3.4. Fica assegurado, todavia, que nas licitações e contratações que vierem a ser realizadas para aquisição dos bens pré-qualificados serão observadas integralmente as disposições legais pertinentes, inclusive aquelas que garantem às ME e EPP o acesso aos benefícios e prerrogativas previstos na legislação vigente.

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. A presente iniciativa de pré-qualificação de MMH – CURATIVOS encontra fundamento na legislação vigente e se respalda nos estudos técnicos preliminares realizados pela Fhemig, nos quais foram diagnosticados elementos centrais das dificuldades enfrentadas pela Administração na condução das aquisições centralizadas de materiais essenciais à assistência hospitalar.

2.2. Diante da imprescindibilidade de análise técnica e da realização de testes de usabilidade dos materiais utilizados na assistência hospitalar, a etapa de análise e teste de amostras nas compras centralizadas pode ultrapassar três meses, sendo identificada como um gargalo que pode impactar significativamente a previsibilidade e a celeridade dos processos licitatórios.

2.3. A morosidade processual, somada à ocorrência frequente de itens desertos e fracassados nas licitações centralizadas, amplifica os riscos de desabastecimento de insumos e pode comprometer a capacidade assistencial dos hospitais da Rede Fhemig, de modo que a adoção do procedimento auxiliar de pré-qualificação permanente previsto no art. 80 da LLCA se dá visando a:

2.3.1. **Reduzir o tempo total de aquisição de materiais** ao antecipar a análise técnica e promover a aprovação prévia de marcas e modelos, de modo a tornar mais céleres e efetivas as futuras licitações e contratações no intuito de mitigar os riscos de descobertura de itens essenciais e fortalecer a capacidade assistencial dos hospitais da Rede Fhemig;

**2.3.2. Promover a segurança, a eficiência e a economicidade processual**, ao evitar a repetição anual de testes em cada processo de compra e ao mitigar o risco de insucesso em fases avançadas dos certames em razão da reprovação de amostras;

**2.3.3. Garantir maior previsibilidade e transparência para os fornecedores e contratados**, aos quais será assegurada ciência das marcas e modelos pré-aprovados para utilização na Rede Fhemig por meio do Cadastro de Bens Pré-qualificados, de acesso público, disponível no Portal Eletrônico da Fhemig;

**2.3.4. Viabilizar a implementação de modelagens inovadoras de aquisição**, por meio da ampliação da integração e da modernização da gestão da cadeia de suprimentos hospitalares.

2.4. Sendo assim, a pré-qualificação de MMH mostra-se solução alinhada aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, do planejamento, da transparência, da eficácia, da motivação, da segurança jurídica, da celeridade e da economicidade, constituindo resposta adequada e proporcional aos desafios identificados.

### **3. DOS REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO**

3.1. No presente procedimento auxiliar, serão acolhidos os requerimentos de pré-qualificação de quaisquer interessados, desde que sejam apresentados na forma das disposições constantes no item 6 do Edital e acompanhem:

3.1.1. Descrição completa e detalhada dos itens propostos, incluindo marca e modelo, número do registro do produto (RMS) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nome do fabricante e número de unidades por embalagem, conforme modelo a seguir:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	MARCA	MODELO	RMS

3.1.2. Ficha técnica e/ou portfólio e/ou folder e/ou prospecto que identifique o produto e todas as suas características, incluindo marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.

3.1.3. Para os materiais classificados como correlatos, Certificado de Registro do Material no Ministério da Saúde, ou a Isenção do Registro nos termos da Lei Federal nº 6.360/1976.

3.1.3.1. Serão aceitas cópias da publicação completa no Diário Oficial da União (DOU), referente ao registro do material proposto, ou da declaração de isenção do Registro no Ministério da Saúde, bem como o pedido de revalidação datado do semestre anterior ao do vencimento, caso esteja vencido, acompanhado do registro anterior.

3.2. No ato do requerimento, é permitido ao REQUERENTE apresentar, para um mesmo item do procedimento, mais de uma marca e/ou modelo para pré-qualificação.

### **4. DAS AMOSTRAS**

4.1. Tendo em vista as especificidades técnicas e a criticidade dos insumos constantes do rol de pré-qualificação, será exigido o envio de amostras para análise e testagem no âmbito do presente procedimento auxiliar.

4.2. Havendo a aprovação documental do requerimento de pré-qualificação, o REQUERENTE será convocado para apresentar 10 (dez) amostras para análise e testagem, em até 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da solicitação da COMISSÃO.

- 4.2.1. As amostras deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL DA FHEMIG - Rua Barbosa Lima, 245 – Bairro Cidade Industrial – Contagem – MG, 32220-000, durante o horário comercial, de 08:00 às 17:00, de segunda-feira a sexta-feira.
- 4.2.2. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o nome do fornecedor, número do processo, embalagem original de comercialização e rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências e precauções.
- 4.2.3. Os requerentes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
- 4.2.4. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a amostra seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final do requerimento.
- 4.2.5. Quando se tratar de itens com valores mais significativos ou que a amostra não seja de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a amostra poderá ser restituída após a divulgação do resultado final do requerimento, mediante solicitação do requerente, às suas custas de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
- 4.2.6. As amostras apresentadas pelos requerentes deverão ser de lote comercial, não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem apresentados como amostras.
- 4.3. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e as especificações técnicas, as quais a amostra corresponde, bem como às características gerais e mandatórias do objeto desta contratação.
- 4.3.1. Para cada um dos itens, constam detalhados no ANEXO III – FICHA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO os critérios objetivos de padrões mínimos de aceitabilidade que serão avaliados durante os testes de amostras que serão realizados.
- 4.3.2. A avaliação técnica das amostras será conduzida por profissionais especializados da equipe técnica designados para compor a COMISSÃO, no intuito de avaliação dos produtos de acordo com os critérios técnicos objetivos definidos no ANEXO III – FICHA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.
- 4.3.3. Após a etapa de testes, as fichas técnicas de avaliação serão levadas à discussão deliberativa da COMISSÃO, a qual emitirá parecer técnico conclusivo (ANEXO IV – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO) contendo fundamentação objetiva e detalhada para a decisão pelo deferimento ou pelo indeferimento do requerimento de pré-qualificação, em conformidade com os critérios de avaliação técnica pré-definidos.
- 4.4. Serão pré-qualificadas as marcas e modelos cujas amostras atenderem integralmente às especificações técnicas e características mandatórias do objeto deste procedimento auxiliar, e apresentarem desempenho técnico adequado, executando suas funções com eficácia e segurança, de acordo com a finalidade atribuída a cada item no contexto da assistência hospitalar.
- 4.5. As fichas técnicas de avaliação, bem como os pareceres técnicos conclusivos, contendo as aferições e o resultado da avaliação técnica das amostras, ficarão disponíveis no [Portal Eletrônico da FHEMIG](#) para acesso público.